



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 июня 2016 года № РЗН 2016/4260

На медицинское изделие

**Камеры холодильные для хранения трупов "Tanartis" с принадлежностями
по ТУ 9452-001-20821058-2015**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
**Общество с ограниченной ответственностью "ЭргоПродакшн"
(ООО "ЭргоПродакшн"), Россия,
199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, корп. 39, лит. Н**

Производитель
**Общество с ограниченной ответственностью "ЭргоПродакшн"
(ООО "ЭргоПродакшн"), Россия,
199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, корп. 39, лит. Н**

Место производства медицинского изделия
199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, корп. 39, лит. Н

Номер регистрационного досье № РД-9727/60423 от 24.12.2015

Вид медицинского изделия 294290

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 5250

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 26 листах

приказом Росздравнадзора от 20 июня 2016 года № 5433
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0014072

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 июня 2016 года

№ РЗН 2016/4260

Лист 1

На медицинское изделие

Камеры холодильные для хранения трупов "Tanartis" с принадлежностями по ТУ 9452-001-20821058-2015, варианты исполнения:

1. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 1 место из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - 1 шт.,
- поддон для трупа скользящий - 1 шт.

2. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 1 место из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - 1 шт.,
- поддон для трупа скользящий - 1 шт.

3. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 1 место комбинированная, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - 1 шт.,
- поддон для трупа скользящий - 1 шт.

4. Холодильная камера с боковой загрузкой для хранения трупов «Tanartis» на 1 место из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - 1 шт.,
- поддон для трупа скользящий - 1 шт.

5. Холодильная камера с боковой загрузкой для хранения трупов «Tanartis» на 1 место из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - 1 шт.,
- поддон для трупа скользящий - 1 шт.

6. Холодильная камера с боковой загрузкой для хранения трупов «Tanartis» на 1 место комбинированная, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - 1 шт.,
- поддон для трупа скользящий - 1 шт.

7. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 2 места с отдельными дверьми; из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0021763

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 июня 2016 года

№ РЗН 2016/4260

Лист 2

- поддон для трупа на колесах - не более 2 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 2 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 2 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

8. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 2 места с отдельными дверями; из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 2 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 2 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 2 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

9. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 2 места с отдельными дверями; комбинированная, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 2 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 2 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 2 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

10. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 2 места с общей дверью; из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 2 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 2 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 2 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

11. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 2 места с общей дверью; из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 2 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 2 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 2 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

12. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 2 места с общей дверью; комбинированная, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 2 шт.,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0021762

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 июня 2016 года

№ РЗН 2016/4260

Лист 3

- поддон для трупа скользящий - не более 2 шт.,
 - стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 2 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.
13. Холодильная камера с боковой загрузкой для хранения трупов «Tanartis» на 2 места; из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:
- холодильная камера - 1 шт.,
 - поддон для трупа на колесах - не более 2 шт.,
 - поддон для трупа скользящий - не более 2 шт.,
 - стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 2 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.
14. Холодильная камера с боковой загрузкой для хранения трупов «Tanartis» на 2 места; из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:
- холодильная камера - 1 шт.,
 - поддон для трупа на колесах - не более 2 шт.,
 - поддон для трупа скользящий - не более 2 шт.,
 - стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 2 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.
15. Холодильная камера с боковой загрузкой для хранения трупов «Tanartis» на 2 места; комбинированная, возможный вариант комплекта поставки:
- холодильная камера - 1 шт.,
 - поддон для трупа на колесах - не более 2 шт.,
 - поддон для трупа скользящий - не более 2 шт.,
 - стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 2 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.
16. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 3 места с отдельными дверями; из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:
- холодильная камера - 1 шт.,
 - поддон для трупа на колесах - не более 3 шт.,
 - поддон для трупа скользящий - не более 3 шт.,
 - стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 3 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.
17. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 3 места с отдельными дверями; из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:
- холодильная камера - 1 шт.,
 - поддон для трупа на колесах - не более 3 шт.,
 - поддон для трупа скользящий - не более 3 шт.,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0021761

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 июня 2016 года

№ РЗН 2016/4260

Лист 4

- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 3 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

18. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 3 места с отдельными дверями; комбинированная, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 3 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 3 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 3 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

19. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 3 места с общей дверью; из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 3 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 3 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 3 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

20. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 3 места с общей дверью; из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 3 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 3 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 3 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

21. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 3 места с общей дверью; комбинированная, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 3 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 3 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 3 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

22. Холодильная камера с боковой загрузкой для хранения трупов на 3 места; из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 3 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 3 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 3 места для скользящих

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0021760

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 июня 2016 года

№ РЗН 2016/4260

Лист 5

поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

23. Холодильная камера с боковой загрузкой для хранения трупов на 3 места; из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 3 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 3 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 3 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

24. Холодильная камера с боковой загрузкой для хранения трупов на 3 места; комбинированная, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 3 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 3 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 3 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

25. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 4 места, состоящая из одного блока с общей дверью; из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 4 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 4 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 4 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

26. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 4 места, состоящая из одного блока с общей дверью; из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 4 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 4 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 4 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

27. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 4 места, состоящая из одного блока с общей дверью; комбинированная, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 4 шт.,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0021759

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 июня 2016 года

№ РЗН 2016/4260

Лист 6

- поддон для трупа скользящий - не более 4 шт.,
 - стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 4 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.
28. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 4 места, состоящая из двух блоков с общей дверью на каждый блок; из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:
- холодильная камера - 1 шт.,
 - поддон для трупа на колесах - не более 4 шт.,
 - поддон для трупа скользящий - не более 4 шт.,
 - стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 4 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.
29. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 4 места, состоящая из двух блоков с общей дверью на каждый блок; из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:
- холодильная камера - 1 шт.,
 - поддон для трупа на колесах - не более 4 шт.,
 - поддон для трупа скользящий - не более 4 шт.,
 - стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 4 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.
30. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 4 места, состоящая из двух блоков с общей дверью на каждый блок; комбинированная, возможный вариант комплекта поставки:
- холодильная камера - 1 шт.,
 - поддон для трупа на колесах - не более 4 шт.,
 - поддон для трупа скользящий - не более 4 шт.,
 - стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 4 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.
31. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 4 места, состоящая из двух блоков с отдельными дверями; из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:
- холодильная камера - 1 шт.,
 - поддон для трупа на колесах - не более 4 шт.,
 - поддон для трупа скользящий - не более 4 шт.,
 - стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 4 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.
32. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 4 места, состоящая из двух
- Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0021758

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 июня 2016 года № РЗН 2016/4260

Лист 7

блоков с отдельными дверями; из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 4 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 4 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 4 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

33. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 4 места, состоящая из двух блоков с отдельными дверями; комбинированная, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 4 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 4 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 4 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

34. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 5 мест с общей дверью; из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 5 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 5 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 5 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

35. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 5 мест с общей дверью; из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 5 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 5 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 5 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

36. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 5 мест с общей дверью; комбинированная, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 5 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 5 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 5 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0021730

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 июня 2016 года

№ РЗН 2016/4260

Лист 8

37. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 6 мест, состоящая из двух блоков с общей дверью на каждый блок; из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 6 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 6 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 6 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

38. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 6 мест, состоящая из двух блоков с общей дверью на каждый блок; из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 6 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 6 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 6 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

39. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 6 мест, состоящая из двух блоков с общей дверью на каждый блок; комбинированная, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 6 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 6 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 6 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

40. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 6 мест, состоящая из двух блоков с отдельными дверями; из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 6 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 6 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 6 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

41. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 6 мест, состоящая из двух блоков с отдельными дверями; из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0021756

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 июня 2016 года

№ РЗН 2016/4260

Лист 9

- поддон для трупа на колесах - не более 6 шт.,
 - поддон для трупа скользящий - не более 6 шт.,
 - стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 6 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.
42. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 6 мест, состоящая из двух блоков с отдельными дверями; комбинированная, возможный вариант комплекта поставки:
- холодильная камера - 1 шт.,
 - поддон для трупа на колесах - не более 6 шт.,
 - поддон для трупа скользящий - не более 6 шт.,
 - стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 6 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.
43. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 6 мест, состоящая из трёх блоков с общей дверью на каждый блок; из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:
- холодильная камера - 1 шт.,
 - поддон для трупа на колесах - не более 6 шт.,
 - поддон для трупа скользящий - не более 6 шт.,
 - стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 6 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.
44. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 6 мест, состоящая из трёх блоков с общей дверью на каждый блок; из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:
- холодильная камера - 1 шт.,
 - поддон для трупа на колесах - не более 6 шт.,
 - поддон для трупа скользящий - не более 6 шт.,
 - стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 6 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.
45. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 6 мест, состоящая из трёх блоков с общей дверью на каждый блок; комбинированная, возможный вариант комплекта поставки:
- холодильная камера - 1 шт.,
 - поддон для трупа на колесах - не более 6 шт.,
 - поддон для трупа скользящий - не более 6 шт.,
 - стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 6 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0021755

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 июня 2016 года

№ РЗН 2016/4260

Лист 10

46. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 6 мест, состоящая из трёх блоков с отдельными дверями; из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 6 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 6 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 6 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

47. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 6 мест, состоящая из трёх блоков с отдельными дверями; из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 6 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 6 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 6 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

48. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 6 мест, состоящая из трёх блоков с отдельными дверями; комбинированная, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 6 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 6 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 6 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

49. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 8 мест, состоящая из двух блоков с общей дверью на каждый блок; из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 8 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 8 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 8 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

50. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 8 мест, состоящая из двух блоков с общей дверью на каждый блок; из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


М.А. Мурашко

0021754

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 июня 2016 года

№ РЗН 2016/4260

Лист 11

- поддон для трупа на колесах - не более 8 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 8 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 8 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

51. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 8 мест, состоящая из двух блоков с общей дверью на каждый блок; комбинированная, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 8 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 8 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 8 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

52. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 8 мест, состоящая из двух блоков с отдельными дверями; из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 8 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 8 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 8 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

53. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 8 мест, состоящая из двух блоков с отдельными дверями; из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 8 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 8 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 8 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

54. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 8 мест, состоящая из двух блоков с отдельными дверями; комбинированная, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 8 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 8 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 8 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0021753

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 июня 2016 года № РЗН 2016/4260

Лист 12

55. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 8 мест, состоящая из четырех блоков с общей дверью на каждый блок; из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 8 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 8 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 8 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

56. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 8 мест, состоящая из четырех блоков с общей дверью на каждый блок; из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 8 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 8 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 8 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

57. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 8 мест, состоящая из четырех блоков с общей дверью на каждый блок; комбинированная, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 8 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 8 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 8 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

58. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 8 мест, состоящая из четырех блоков с отдельными дверями; из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 8 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 8 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 8 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

59. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 8 мест, состоящая из четырех блоков с отдельными дверями; из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0021731

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 июня 2016 года

№ РЗН 2016/4260

Лист 13

- поддон для трупа на колесах - не более 8 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 8 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 8 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

60. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 8 мест, состоящая из четырех блоков с отдельными дверями; комбинированная, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 8 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 8 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 8 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

61. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 9 мест, состоящая из трёх блоков с общей дверью на каждый блок; из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 9 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 9 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 9 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

62. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 9 мест, состоящая из трёх блоков с общей дверью на каждый блок; из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 9 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 9 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 9 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

63. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 9 мест, состоящая из трёх блоков с общей дверью на каждый блок; комбинированная, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 9 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 9 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 9 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0021751

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 июня 2016 года

№ РЗН 2016/4260

Лист 14

64. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 9 мест, состоящая из трёх блоков с отдельными дверями; из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 9 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 9 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 9 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

65. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 9 мест, состоящая из трёх блоков с отдельными дверями; из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 9 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 9 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 9 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

66. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 9 мест, состоящая из трёх блоков с отдельными дверями; комбинированная, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 9 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 9 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 9 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

67. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 10 мест, состоящая из двух блоков с общей дверью на каждый блок; из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 10 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 10 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 10 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

68. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 10 мест, состоящая из двух блоков с общей дверью на каждый блок; из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0021750

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 июня 2016 года

№ РЗН 2016/4260

Лист 15

- поддон для трупа на колесах - не более 10 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 10 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 10 мест для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

69. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 10 мест, состоящая из двух блоков с общей дверью на каждый блок; комбинированная, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 10 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 10 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 10 мест для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

70. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 10 мест, состоящая из двух блоков с отдельными дверями; из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 10 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 10 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 10 мест для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

71. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 10 мест, состоящая из двух блоков с отдельными дверями; из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 10 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 10 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 10 мест для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

72. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 10 мест, состоящая из двух блоков с отдельными дверями; комбинированная, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 10 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 10 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 10 мест для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0021749

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 июня 2016 года

№ РЗН 2016/4260

Лист 16

73. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 10 мест, состоящая из пяти блоков с общей дверью на каждый блок; из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 10 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 10 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 10 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

74. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 10 мест, состоящая из пяти блоков с общей дверью на каждый блок; из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 10 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 10 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 10 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

75. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 10 мест, состоящая из пяти блоков с общей дверью на каждый блок; комбинированная, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 10 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 10 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 10 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

76. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 10 мест, состоящая из пяти блоков с отдельными дверями; из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 10 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 10 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 10 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

77. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 10 мест, состоящая из пяти блоков с отдельными дверями; из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0021748

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 июня 2016 года

№ РЗН 2016/4260

Лист 17

- поддон для трупа на колесах - не более 10 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 10 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 10 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

78. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 10 мест, состоящая из пяти блоков с отдельными дверями; комбинированная, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 10 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 10 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 10 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

79. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 12 мест, состоящая из трёх блоков с общей дверью на каждый блок; из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 12 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 12 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 12 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

80. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 12 мест, состоящая из трёх блоков с общей дверью на каждый блок; из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 12 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 12 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 12 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

81. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 12 мест, состоящая из трёх блоков с общей дверью на каждый блок; комбинированная, возможный вариант комплекта поставки;

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 12 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 12 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 12 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0021747

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 июня 2016 года

№ РЗН 2016/4260

Лист 18

82. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 12 мест, состоящая из трёх блоков с отдельными дверями; из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 12 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 12 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 12 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

83. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 12 мест, состоящая из трёх блоков с отдельными дверями; из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 12 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 12 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 12 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

84. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 12 мест, состоящая из трёх блоков с отдельными дверями; комбинированная, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 12 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 12 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 12 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

85. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 12 мест, состоящая из четырех блоков с общей дверью на каждый блок; из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 12 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 12 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 12 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

86. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 12 мест, состоящая из четырех блоков с общей дверью на каждый блок; из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0021732

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 июня 2016 года

№ РЗН 2016/4260

Лист 19

- поддон для трупа на колесах - не более 12 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 12 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 12 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

87. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 12 мест, состоящая из четырех блоков с общей дверью на каждый блок; комбинированная, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 12 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 12 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 12 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

88. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 12 мест, состоящая из четырех блоков с отдельными дверями; из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 12 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 12 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 12 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

89. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 12 мест, состоящая из четырех блоков с отдельными дверями; из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 12 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 12 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 12 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

90. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 12 мест, состоящая из четырех блоков с отдельными дверями; комбинированная, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 12 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 12 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 12 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0021745

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 июня 2016 года

№ РЗН 2016/4260

Лист 20

91. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 15 мест состоящая из трех блоков с общей дверью на каждый блок; из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 15 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 15 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 15 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

92. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 15 мест, состоящая из трех блоков с общей дверью на каждый блок; из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 15 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 15 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 15 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

93. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 15 мест, состоящая из трех блоков с общей дверью на каждый блок; комбинированная, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 15 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 15 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 15 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

94. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 15 мест, состоящая из трех блоков с отдельными дверями; из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 15 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 15 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 15 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

95. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 15 мест, состоящая из трех блоков с отдельными дверями; из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0021744

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 июня 2016 года

№ РЗН 2016/4260

Лист 21

- поддон для трупа на колесах - не более 15 шт.,
 - поддон для трупа скользящий - не более 15 шт.,
 - стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 15 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.
96. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 15 мест, состоящая из трех блоков с отдельными дверями; комбинированная, возможный вариант комплекта поставки:
- холодильная камера - 1 шт.,
 - поддон для трупа на колесах - не более 15 шт.,
 - поддон для трупа скользящий - не более 15 шт.,
 - стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 15 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.
97. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 15 мест, состоящая из пяти блоков с общей дверью на каждый блок; из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:
- холодильная камера - 1 шт.,
 - поддон для трупа на колесах - не более 15 шт.,
 - поддон для трупа скользящий - не более 15 шт.,
 - стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 15 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.
98. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 15 мест, состоящая из пяти блоков с общей дверью на каждый блок; из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:
- холодильная камера - 1 шт.,
 - поддон для трупа на колесах - не более 15 шт.,
 - поддон для трупа скользящий - не более 15 шт.,
 - стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 15 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.
99. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 15 мест, состоящая из пяти блоков с общей дверью на каждый блок; комбинированная, возможный вариант комплекта поставки:
- холодильная камера - 1 шт.,
 - поддон для трупа на колесах - не более 15 шт.,
 - поддон для трупа скользящий - не более 15 шт.,
 - стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 15 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0021743

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 июня 2016 года

№ РЗН 2016/4260

Лист 22

100. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 15 мест, состоящая из пяти блоков с отдельными дверями; из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 15 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 15 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 15 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

101. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 15 мест, состоящая из пяти блоков с отдельными дверями; из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 15 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 15 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 15 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

102. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 15 мест, состоящая из пяти блоков с отдельными дверями; комбинированная, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 15 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 15 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 15 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

103. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 20 мест, состоящая из четырех блоков с общей дверью на каждый блок; из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 20 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 20 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 20 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

104. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 20 мест, состоящая из четырех блоков с общей дверью на каждый блок; из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0021742

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 июня 2016 года

№ РЗН 2016/4260

Лист 23

- поддон для трупа на колесах - не более 20 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 20 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 20 мест для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

105. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 20 мест, состоящая из четырех блоков с общей дверью на каждый блок; комбинированная, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 20 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 20 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 20 мест для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

106. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 20 мест, состоящая из пяти блоков с общей дверью на каждый блок; из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 20 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 20 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 20 мест для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

107. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 20 мест, состоящая из пяти блоков с общей дверью на каждый блок; из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 20 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 20 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 20 мест для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

108. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 20 мест, состоящая из пяти блоков с общей дверью на каждый блок; комбинированная, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 20 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 20 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 20 мест для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0021741

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 июня 2016 года

№ РЗН 2016/4260

Лист 24

109. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 25 мест, состоящая из пяти блоков с общей дверью на каждый блок; из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 25 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 25 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 25 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

110. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 25 мест, состоящая из пяти блоков с общей дверью на каждый блок; из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 25 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 25 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 25 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

111. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 25 мест, состоящая из пяти блоков с общей дверью на каждый блок; комбинированная, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 25 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 25 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 25 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

112. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 30 мест, состоящая из шести блоков с общей дверью на каждый блок; из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,
- поддон для трупа на колесах - не более 30 шт.,
- поддон для трупа скользящий - не более 30 шт.,
- стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 30 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

113. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 30 мест, состоящая из шести блоков с общей дверью на каждый блок; из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:

- холодильная камера - 1 шт.,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0021740

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 июня 2016 года № РЗН 2016/4260

Лист 25

- поддон для трупа на колесах - не более 30 шт.,
 - поддон для трупа скользящий - не более 30 шт.,
 - стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 30 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.
114. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 30 мест, состоящая из шести блоков с общей дверью на каждый блок; комбинированная, возможный вариант комплекта поставки:
- холодильная камера - 1 шт.,
 - поддон для трупа на колесах - не более 30 шт.,
 - поддон для трупа скользящий - не более 30 шт.,
 - стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 30 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.
115. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 35 мест, состоящая из семи блоков с общей дверью на каждый блок; из гальванизированной стали, возможный вариант комплекта поставки:
- холодильная камера - 1 шт.,
 - поддон для трупа на колесах - не более 35 шт.,
 - поддон для трупа скользящий - не более 35 шт.,
 - стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 35 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.
116. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 35 мест, состоящая из семи блоков с общей дверью на каждый блок; из нержавеющей стали, возможный вариант комплекта поставки:
- холодильная камера - 1 шт.,
 - поддон для трупа на колесах - не более 35 шт.,
 - поддон для трупа скользящий - не более 35 шт.,
 - стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 35 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.
117. Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» на 35 мест, состоящая из семи блоков с общей дверью на каждый блок; комбинированная, возможный вариант комплекта поставки;
- холодильная камера - 1 шт.,
 - поддон для трупа на колесах - не более 35 шт.,
 - поддон для трупа скользящий - не более 35 шт.,
 - стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 35 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0021733

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 июня 2016 года

№ РЗН 2016/4260

Лист 26

Приложение:

1. Поддон для трупа на колесах.
2. Поддон для трупа скользящий.
3. Стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 2 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах.
4. Стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 3 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах.
5. Стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 4 места для скользящих поддонов и поддонов на колесах.
6. Стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 5 мест для скользящих поддонов и поддонов на колесах.
7. Стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 6 мест для скользящих поддонов и поддонов на колесах.
8. Стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 8 мест для скользящих поддонов и поддонов на колесах.
9. Стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 9 мест для скользящих поддонов и поддонов на колесах.
10. Стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 10 мест для скользящих поддонов и поддонов на колесах.
11. Стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 12 мест для скользящих поддонов и поддонов на колесах.
12. Стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 15 мест для скользящих поддонов и поддонов на колесах.
13. Стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 20 мест для скользящих поддонов и поддонов на колесах.
14. Стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 25 мест для скользящих поддонов и поддонов на колесах.
15. Стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 30 мест для скользящих поддонов и поддонов на колесах.
16. Стационарные стеллажи для хранения трупов «Tanartis» на 35 мест для скользящих поддонов и поддонов на колесах.

Информация о сайте
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.roszdravnadzor.ru

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0021738